

Poznań, dnia 24 lutego 2023 r.

Postępowanie nr AN/ZP/25/23

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury: system optycznego śledzenia, system budowania map, roboty mobilne z wyposażeniem, BSP”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z postępowaniem AN/ZP/25/23 chciałbym zadać pytania dotyczące jednego z elementów pakietu I - System optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej (motion capture).

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę systemu opartego na kamerach o rozdzielczości 2MP (1824 × 1088) i prędkości akwizycji 340 klatek na sekundę?

Zastosowanie tych kamer nie wpłynie negatywnie na jakość i dokładność pomiarów w wymaganej przez Zamawiającego kubaturze obrazowania 10x10x5 m.

System będzie spełniał pozostałe wymagania przedstawione w OPZ.

Odpowiedź:

zapisy dotyczące rozdzielczości kamer wynikają bezpośrednio z zapisów projektu, z którego finansowane są zakupy, w związku z tym nie mogą ulec zmianie.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

Sławomir Czyżyk

Przewodniczący Komisji Przetargowej